

Apel Nr 4
XXXV Okręgowego Zjazdu Lekarzy
Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie
z dnia 19 marca 2016 roku

w sprawie nowelizacji Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006 roku w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznej pracy z urządzeniami radiologicznymi (Dz.U. z 2006 roku, Nr 180 poz. 1325)

Na podstawie art. 24 pkt 1 w związku z art. 5 pkt 20 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz.U. z 2015 r. poz. 651 z późn. zmian.) w związku z § 23 ust. 3 załącznika do Uchwały Nr 3/Zjazd/2010 XXVII Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie z dnia 6 marca 2010 r. w sprawie uchwalenia regulaminu organizacji i trybu działania okręgowego zjazdu lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie, uchwała się co następuje:

§ 1

XXXV Okręgowy Zjazd Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie:

zobowiązuje Okręgową Radę Lekarską w Krakowie do wystąpienia do Naczelnej Rady Lekarskiej i Ministra Zdrowia o zmianę w § 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006 roku w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznej pracy z urządzeniami radiologicznymi (Dz.U. z 2006 roku, Nr 180 poz. 1325) poprzez dodanie pkt. 3a w następującym brzmieniu:

„3a) nie stanowi pracowni rentgenowskiej w rozumieniu pkt 3, pomieszczenie lub zespół pomieszczeń, w których wykonywane są medyczne procedury radiologiczne z wykorzystaniem promieniowania rentgenowskiego przy użyciu wyłącznie mobilnych (przenośnych lub przewoźnych) aparatów rentgenowskich”.

UZASADNIENIE

Powyższe rozwiązanie uchyla obowiązek sporządzenia dokumentacji projektowej dla pracowni RTG dla pomieszczeń, w których używane są wyłącznie mobilne (przenośne lub przewoźne) aparaty RTG. Sporządzenie takiej dokumentacji jest we wskazanym przypadku oczywiście niecelowe, a uchylenie ww. obowiązku nie spowoduje żadnych niekorzystnych skutków, w tym w szczególności w zakresie ochrony radiologicznej pacjenta.

Przewodniczący
XXXV Okręgowego Zjazdu Lekarzy
Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie
lek. Krzysztof Wróblewski